

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra
Innehållsansvar: Olaf Gräbel, (olagr1), Överläkare
Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-09
Giltig till: 2027-04-09

TryckkammARBÅREN; patientvikts- och storleksbegränsning

Denna rutin gäller för

Tryckkammare Östra, AnOpIVA/Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Revideringar i denna version

Reviderad utan ändringar 2024-03-01. Första version publicerad 2022-11-23.

Ansvar

Läkare och sjuksköterskor som arbetar på Tryckkammarenheten ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

Arbetsbeskrivning

TryckkammARBÅREN har måtten 195 x 60 cm och väger i sig själv 180 kg. Vid huvud- och fotända sitter utrustning för intensivvård. Bårens hjul är begränsande för vilken viktbelastning båren tål, 150 kg/st, dvs maximal lastkapacitet är alltså 600 kg.

Lyftplattformen framför tryckkammaren har maxbelastning 800 kg.

- Patientens storlek blir alltså mer avgörande (än vikten) för vad som är möjligt.
- På grund av dörröppning i tryckkammaren kan båren ej vara bredare, liggande patients armar kan inte sticka ut mer än max 10 cm på vardera sida.

- Rampens nedförslutning in i kammaren utgör ett riskmoment om totalvikten är hög och det bör övervägas om extra personal (från IVA, Operation) ska medfölja för att vara behjälpliga vid inlastning av båren i tryckkammaren.
- Ge akt på slangar, sladdar så de inte fastnar i tryckkammarendörrens handtag!
- Ovanstående gör att trolig maximal patientvikt ligger runt 150 kg, ff a om patienten är kort. (Ger en totalvikt på 330 kg i nedförbacken in i tryckkammaren!) Minns även maximal kroppslängd på 195 cm!

Uppföljning och utvärdering

Vårdenhetsöverläkaren har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

Innehållsansvar: Olaf Gräbel, (olagr1), Överläkare

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3000

Version: 2.0

Giltig från: 2025-04-09

Giltig till: 2027-04-09