OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7
Sahlgrenska
Innehållsansvar: Arvid Sjödin, (arvsj1), Anestesisjuksköterska
Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-09-09
Giltig till: 2028-09-08

Anestesisystem Flow-i barnanestesi OP 7

Revideringar i denna version

Nytt viktintervall för slangstorlekar. Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall.

Arbetsbeskrivning

Barn under 15 kg

- Engångs barnslangar 10 mm. Patientnära filter används inte.
- 1-liters manuell andningsblåsa.

Barn 16–25 kg

- Coaxialslangar (två slangar i en) 15 mm. Patientnära filter om slangarna ska användas till flera patienter (Humi-vent Pedi 50-250ml).
- 1-liters manuell andningsblåsa.

Barn 26-40 kg

- Flergångsslangar vuxenslangar 22 mm. Patientnära filter (Humi-vent Small 150-1000ml).
- 1,5 liters manuell andningsblåsa.

Inställningar på Flow-i: Välj “Barn” om <25 kg. Kompensation för compliance skall göras, då denna fråga kommer upp vid funktionskontrollen.

Inställningar på Philipsmonitor: Välj profil "Barn” (vissa larminställningar justeras och anpassas till normala mätvärden hos barn, exempelvis styrkan på TOF).

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPro.

Granskare/arbetsgrupp

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, Verksamhet AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Erik Belfrage, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, Verksamhet AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Arvid Sjödin, (arvsj1), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3197

Version: 3.0

Giltig från: 2026-09-09

Giltig till: 2028-09-08