

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska  
Innehållsansvar: Alexandru Ilie, (aleil1), Överläkare  
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad  
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-28

Giltig till: 2026-11-28

# Arbetsbeskrivning sal 21

## Thoraxoperation - anestisirutin

### Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

## Arbetsbeskrivning

### Förberedelser inför salsstart

Ta med pumprack, X3:an med tillhörande kablage, samt läkemedelsbord från sal 84. Vagn för sal 21 samt syrgasvagn tas från triagerummet utanför sal 86 på operation 8. Ansvarig anestesisjuksköterska tar med sig telefon 26562.

Anestesistationen förbereds genom att byta respiratorslangar (finns ett komplett set i vagnen). Thorax respiratorslangar läggs i genomskinlig back för att sedan återmonteras efter dagens slut.

Manual till operationsbordet har operation tillgång till. Inför första operationen på dagen är det städet från operation 8 som bygger bordet. Efter första patienten ansvarar städet från operation 2 för mellanstäd samt att bordet återställs enligt halsrutin.

### Preoperativt

Patienten rings ner till preop 8. Om patienten är i behov av sängtransport till salen ställs sedan sängen i det vänstra hörnet på preop thorax (sängen ska vara märkt med sal 21).

### Peroperativt

Följ PM för halskirurgi ([länk](#)). Vid behov av blåsscanning finns sådan att låna från thorax preop alternativt tas (handhållen) scanner med från apparatförrådet på operation 8.

## Inställning Flow-i

När man skrivit in patientens ålder, vikt och längd, går man sedan vidare till att justera PEEP då denna i default står på 0. Andningsfrekvensen är satt till 10/min, ändras vid behov.

## Övervakning

Det finns vissa skillnader i hur informationen presenteras på skärmarna både vad det gäller Philips övervak och flow-i. På flow-i presenteras koldioxidkurvan på rad 3 och flöde på rad 4. På Philips övervak är det flera saker som presenteras annorlunda mot vad vi är vana vid, dock finns all den information som vi är vana vid. Även slavskärmar ser annorlunda ut mot vad vi är vana vid.

## BIS

Fungerar som vanligt dock har de inte en integrerad modul utan en dedikerad modul och skärm för Bis, denna sitter ovanför X3:an.

## Värme

Salarna på thorax är kallare än på operation 1 och 8. Med anledning av detta behöver vi vara aktiva på att behålla värme redan preoperativt samt starta aktiv värme tidigt på operationen. Var noggrann med att monitorera patientens temperatur.

## Postoperativt

Följ rutin som vanligt.

## Vid oförutsedd händelse

Ring på dagtid 27635, sektionsledare operation 8, som i sin tur fördelar personal samt kontaktar stationsansvarig läkare (23058) på operation 8. På jourtid kontaktas 28110 samt anestesijour 28223.

## Svår luftväg (oförutsedd eller misstanke om)

I korridoren på Thoraxoperation finns en luftvägsvagn, denna tas in på sal vid händelse av luftvägsbesvär. Om behov av akut koniotomi, be om att få in luftvägslåda från operation 8, alternativt få instrument från operation på salen. Vid behov av videolaryngoskopi finns c-mac att låna från thoraxoperation, alt om det finns ledig på operation 8 kan denna tas med till sal 21. D-blade ledare finns i vagnen för sal 21.

## Hjärtstopp

På sal 21 finns en LifePak 20 monterad på anestesistationen (se rutin [länk](#)). QuickCombo plattor finns på salen.

Vid händelse av hjärtstopp tryck på BLÅ knapp på salen (finns på pendeln och på väggen vid lampmanövreringen), thoraxpersonal kommer att vara först in på sal vid larm. Ring 39090 enligt vanlig rutin.

## Provtagning

Vid händelse av att PTH-prov tas men ej direkt skickas till labb, ska dessa läggas i preparatkylen utanför sal 84. Det är ansvarig anestesijuksköterskas uppgift att i slutet av dagen, då salen är klar, kontrollera att prover som ska skickas är skickade, om de ej ska skickas ska dessa kasseras.

## Återställning av sal 21

Vid dagens slut görs sedvanligt slut-städ av anestesistationen, dock återmonteras de respiratorslangar och filter som satt på från början.



## Övrig information

För att kontakta anestesijuksköterska på Thorax ring 27458.

## Arbetsgrupp

Max Gall, anestesijuksköterska, teknikansvarig anestesi 1 och 2

Mimmi Ljungholm, anestesijuksköterska, teknikansvarig anestesi 1 och 2

Malin Nordström, undersköterska, teknikansvarig anestesi 1 och 2

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2  
Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Alexandru Ille, (aleil1), Överläkare

**Granskad av:** Alexandru Ille, (aleil1), Överläkare, Johan  
Teandersson, (johte5), Instruktor

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-3250

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2024-11-28

**Giltig till:** 2026-11-28