

Påfyllning av plattor och skruvar

Förändringar sedan föregående version

Ny uppdaterat rutin 2024-12-17

Bakgrund och syfte

Att tydliggöra vem som bär ansvaret för påfyllning och utbyte av plattor och skruvar i galler i syfte att hålla en hög patientsäkerhet och att hanteringen av dessa engångsprodukter överensstämmer med gällande lagstiftning: Regional riktlinje – [Egentillverkning av medicinteknisk produkt](#).

Utförande

Påfyllning och utbyte av engångsprodukt sköts uteslutande av kunderna själva och detta gäller samtliga operationsavdelningar. Med engångsprodukter menas fabrikssterilt engångsmaterial märkt med de standardiserade symbolerna:



Medicintekniska produkter ska inte re-steriliseras



Medicintekniska produkter får inte återanvändas. Ska endast användas på en patient under ett ingrepp

Exempel:

- Plattor
- Skruvar
- K-tråd
- Guidewire

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax, Verksamhet Ortopedteknik och sterilteknik, Verksamhet AnOpIva neonatal barn, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra, Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Elisabeth Pesonen, (elipe70), Samordnare

Granskad av: Marie Lindevall, (marli254), Enhetschef

Godkänd av: Aris Seferiadis, (arise), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3347

Version: 1.0

Giltig från: 2025-01-05

Giltig till: 2027-01-03