

Respiratorslangar och befuktning: val till intuberad eller trakeostomerad patient, IVA Mölndal

Förändringar sedan föregående version
Användandet av HME booster borttaget från rutin.

Syfte

Rutinen ska klargöra vilken typ av respiratorslangar och befuktning av luftvägen som ska väljas till intuberad eller trakeostomerad patient.

Bakgrund

Patienter med andningssvikt kan ha ett behov av tillfällig hjälp med hjälp av en ventilator. Den kan kopplas upp med olika typer av slangar och befuktning, Vi har två varianter som kan användas

- Enkla slangar med filter mot ventilator och passiv befuktning med hjälp av ett bakterie/virusfilter
- Aktiv befuktning med hjälp av slangsystem för befuktare Fisher & Paykel MR 950

Arbetsbeskrivning

Följande indikationer kommer att gälla för de två varianterna.

Utvärdering av passiv variant ska ske inom 24 timmar om eventuell

konvertering till aktiv variant med Fisher & Paykel-systemet beroende på diagnos.

Enkla slangar med filter mot respirator och passiv befuktning med hjälp av ett HME bakterie/virusfilter

Följande patientgrupper ska alltid starta med enkla slangar

- Patienter som kommer intuberade från akuten och där det är bråttom med att säkra fri luftväg och ventilation
- Patienter som ska vakna i respirator efter operation och som inte legat i respirator innan operationen.
- Medvetandepåverkade patienter, till exempel intoxikationer, utan större aspiration eller annan respirationsproblematik, som bedöms ha ett respiratorbehov <24 h.



Aktiv befuktning med hjälp av slangsystem för befuktare Fisher & Paykel MR950

Följande patientgrupper ska alltid starta med Fisher & Paykel-systemet

- Förväntad respiratortid > 24 timmar
- Patienter med fortsatt respiratorbehov som kommer som övertag från annan IVA.



Granskare

Karin Kleiven Thiringer, VÖL, IVA Mölndal

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Maria Wihlborg, (marwi39), Instruktor

Granskad av: Karin Kleiven Thiringer, (karth5), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3361

Version: 4.0

Giltig från: 2026-06-03

Giltig till: 2028-06-03