

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal
Innehållsansvar: Tobias Siöland, (tobsv3), Specialistläkare
Granskad av: Karin Kleiven Thiringer, (karth5), Överläkare
Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-29

Giltig till: 2027-12-23

Primax – ansvarsfördelning vid behandling, IVA Mölndal

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Utförande

Ansvarig läkare ska:

- fatta beslut om CRRT-start
- dokumentera indikationen i journalen
- förstå apparatens funktion
- behandlingsform
- blodflöde
- larmfunktioner
- principer för antikoagulation med citrat eller Heparin.

Inför start av behandling ordinera skriftligt:

- behandlingsform
- blodflödeshastighet
- dialysatflöde
- ersättningsflöde - post
- ersättningsflöde PBP-pump (endast vid Heparinantikoagulation)
- patientvätskeborttag
- bolusdos Heparin (endast vid Heparinantikoagulation)
- Heparininfusion (endast vid Heparinantikoagulation).

Vara informerad att uppstart av behandling sker, medverka vid behov

- Följa upp behandling.
- Tillsammans med sjuksköterska i samband med rondan eller vid behov.
- Följa upp ordinerade prover.

Ansvarig sjuksköterska ska:

- förstå apparatens funktion
- behandlingsform
- blodflöde
- larmfunktioner
- principer för antikoagulation med citrat eller Heparin
- inför start av behandling efter skriftlig ordination
- utföra ”priming” av set.

Utföra inställning på apparat av:

- behandlingsform
- blodflöde
- dialysatflöde
- ersättningsflöde - post
- ersättningslösningensflöde på PBP-pumpen (endast vid Heparinantikoagulation)
- patientvätskeborttag
- Heparininfusion (endast vid Heparinantikoagulation)

Starta behandling tillsammans med kollega. Läkare medverkar vid behov

- Ge bolusdos Heparin (endast vid Heparinantkoagulation)

Under behandling

- Övervaka behandling.
- Dokumentera enligt lista.
- Åtgärda larm.

Undersköterska medverkar inte direkt i behandling, men har kännedom om

- CRRT behandlingsprincip

- Strömkälla
- Vågsystem
- Audiella/visuella larmsignaler
- Hur olika omvårdnadsåtgärder påverkar apparatens funktion.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Arbetsgrupp

Maria Wihlborg, Instruktor/ Intensivvårdssjuksköterska IVA Mölndal,
Område 3

Tobias Svensson, Specialistläkare AnOpIva, Område 3

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Tobias Siöland, (tobsv3), Specialistläkare

Granskad av: Karin Kleiven Thiringer, (karth5), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-463

Version: 9.0

Giltig från: 2025-12-29

Giltig till: 2027-12-23