

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra  
Innehållsansvar: Olaf Gräbel, (olagr1), Överläkare  
Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-25

Giltig till: 2027-12-15

# Säkerställande av kommunikation med ansvarig läkare vid HBO- behandling

## Denna rutin gäller för

Tryckkammarenheten, AnOpIVA/Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

## Revideringar i denna version

2024-01-18 Tillägg av punkt om kontakt vid arbetsdagens slut samt uppdatering av format.

## Syfte

Följande föreskrift beskriver hur kommunikation skall säkerställas med ansvarig läkare vid HBO-behandling.

## Ansvar

Läkare och sjuksköterskor som arbetar på Tryckkammarenheten ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

## Arbetsbeskrivning

- Vid varje behandling i tryckkammaren ska det finnas en ansvarig läkare.
- I de fall läkaren i fråga ej uppehåller sig i tryckkamarlokalen utan finns på annan plats på sjukhuset skall förbindelse i form av direkttelefon eller sökare avprovast före behandlingsstart.

- Läkaren skall finnas omedelbart tillgänglig och skall kunna infinna sig i kammarlokalen inom 5 minuter.
- Behandlingen får ej startas utan fungerande förbindelse och start godkänts.
- I de fall sköterskan är ensam i kammarlokalen skall läkaren informeras före körning samt vid behandlingens avslut.

## Uppföljning och utvärdering

Vårdenhetsöverläkaren har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga avvikelser från rutin rapporteras i MedControl PRO.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

**Innehållsansvar:** Olaf Gräbel, (olagr1), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-713

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2025-08-25

**Giltig till:** 2027-12-15