

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Innehållsansvar: Wael Alian, (waeal), Överläkare

Granskad av: Marlene Darell, (marbl26), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-08-30

Giltig till: 2026-08-30

# Cochleaimplantat och monopolär diatermi

## Syfte

Säker hantering av monopolär diatermi när patienter med cochleaimplantat. opereras.

## Arbetsbeskrivning

Riktlinjer för användning av monopolär diatermi när patienter med cochlea implantat. opereras.

**Huvud-hals operationer.** Monopolär diatermi får inte användas.

**Allmän kirurgi (20 cm från cochleaimplantat).** Monopolär diatermi ska helst undvikas. Får dock användas minst 20 cm från cochleaimplantatet. Observera att huvudet måste vara väl isolerat (ej ligga mot metall) och får inte bli vått eller fuktigt av t.ex. sprit eller vatten.

Returplattan skall sättas så långt bort från cochleaimplantatet som möjligt t.ex. på lår.

Om oklarheter och frågor kontakta **Cochleateamet** genom Wael Alian telefon 29125.

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Teknik ansvarig operationssjuksköterska på operation 7 samt ansvarig kirurg för cochleaimplantat ansvara för uppföljning, utvärdering och revision.

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetna avsteg från rutinen dokumenteras i Melior.

## Sökord

Cochleaimplantat.

Monopolär diatermi.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Anestesi 5 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 6 Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Operation 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Wael Alian, (waeal), Överläkare

**Granskad av:** Marlene Darell, (marbl26), Operationssjuksköterska

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-951

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2024-08-30

**Giltig till:** 2026-08-30