

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-03-17

Innehållsansvar: Angel Sanchez Sanz, (angsa8), Överläkare

Giltig till: 2027-03-17

Granskad av: Bengt Schepke, (bensc1), Överläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

# BAS Spädningsinstruktion för FORTUM

## 2,3 mg

### Syfte

Att säkerställa rutinen vid beredning av intravitreal och subkonjunktival Fortum (ceftazidim).

### Arbetsbeskrivning

#### Ta fram:

- 1 st FORTUM 500 mg torrampull-flaska
- 1 st Natriumklorid (NaCl) 0,9%, 50 ml glasflaska
- 2 st Mini-Spike överföringskanyl
- 1 st 10 ml spruta
- 2 st 3 ml sprutor
- 1 st 1 ml spruta
- 1 st 3-vägs kran

#### Gör så här:

1. Sätt ena Mini-Spike i NaCl-flaskan och dra upp 10 ml NaCl med 10 ml sprutan.
2. Sätt andra Mini-Spike i FORTUM-flaskan och spruta ner 10 ml NaCl i flaskan så att pulvret helt löses upp.  
Koncentrationen blir **50 mg/ml**.  
Märk flaskan med etikett "Fortum 50 mg/ml".

- Dra upp 1,2 ml NaCl ur natriumkloridflaskan med en 3 ml spruta.  
Dra med samma 3 ml spruta upp 1,0 ml FORTUM 50 mg/ml.  
3 ml sprutan innehåller nu 2,2 ml FORTUM med koncentrationen **23 mg/ml**.
3. Dra upp 0,3 ml från 3 ml sprutan i 1 ml sprutan via 3-vägskran.  
Märk 1 ml sprutan med etikett "Fortum 23 mg/ml"  
**Ge 0,1 ml (= 2,3 mg) intravitrealt.**
  4. Med en 3 ml spruta dra upp 1 ml Fortum 50 mg/ml.  
**Ge 0,5 ml (= 25 mg) subkonjunktivalt.**

## Ansvar

Vårdenhetschef ansvarar för att arbeta utefter denna rutin och för att denna rutin blir känd och för att den finns.

Sektionsledare ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Angel Sanchez Sanz, (angsa8), Överläkare

**Granskad av:** Bengt Schepke, (bensc1), Överläkare

**Godkänd av:** Madeleine Zetterberg, (madan5),  
Överläkare/Professor

**Dokument-ID:** SU9820-1156830909-237

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-03-17

**Giltig till:** 2027-03-17