

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Innehållsansvar: Peter Lundgren, (petlu7), Överläkare  
Godkänd av: Magnus Brink, (magbr), Chefläkare

Giltig från: 2024-12-09

Giltig till: 2026-12-09

## Revideringar i denna version

Uppdaterade rutiner vid larm hjärtstopp på barn som befinner sig på Sahlgrenska-Mölndal alternativt Östra sjukhuset exklusive Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus.

## Syfte

Att tydliggöra larmkedjan samt möjliggöra manuell defibrillering på **barn 0 år- 18 år med hjärtstopp**.

## Arbetsbeskrivning

Medarbetare larmar växeln via interntelefon "3 90 90" alternativt mobil 031-343 90 90 och säger: "**Hjärtlarm barn samt lokalisation och sjukhus**" och påbörjar omgående HLR enligt gällande rutin.

## Ansvar

*Sahlgrenska sjukhuset*

- **Medarbetare:**  
Slår larm om hjärtstopp på barn enligt arbetsbeskrivning ovan.  
Påbörjar omgående HLR enligt gällande riktlinjer.  
Någon utsedd möter upp larmteamet när detta anländer.  
Personalen på avdelningen/enheten tillser att defibrillatorn omedelbart efter användandet lämnas tillbaka till akuten i ett gott skick (rengjord och med alla tillbehör)
- **Växeln:**  
Larmar larmgruppen enligt gällande rutin på respektive sjukhuskropp.  
Växeln slår också ut larm till akutvaktmästare och delger dem information att det är hjärtstopp på barn och att multifunktionell defibrillator behövs.  
Lokalisation för hjärtstoppet uppges.
- **Akutvaktmästare:**  
Hämtar multifunktionell defibrillator på akutmottagningen och ser till att den omedelbart kommer till platsen för hjärtstoppet.  
Vid larm utanför avdelning lämnar akutvaktmästare tillbaka defibrillatorn till akutmottagningen.
- **Akutmottagningen:**  
Tillhandahåller multifunktionell defibrillator som akutvaktmästare hämtar.  
Akutmottagningen ansvarar för att defibrillatorn är i användbart skick och att det finns elektroder anpassade för barn.

## Östra och Mölndals sjukhus

- **Medarbetare:**  
Slår larm om hjärtstopp på barn enligt arbetsbeskrivning ovan.  
Utsedd medarbetare möter upp larmteamet när detta anländer. Larmteamet har med multifunktionell defibrillator.
- **Växeln:**  
Larmar larmgruppen enligt gällande rutin på respektive sjukhuskropp.

### Uppföljning, utvärdering och revision

HLR-centrum ansvarar för uppföljning och revision av rutinen. Avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

### Relaterad information

Aktivering av medicinskt larm till vårdenhet  
Riktlinjerna i hjärt-lungräddning uppdateras var femte år. Riktlinjerna bygger på internationella riktlinjer från International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR och European Resuscitation Council. (ERC)

### Granskare/arbetsgrupp

Malin Hviid, HLR-samordnare HLR-enheten Mölndal  
Gunilla Edholm, Instruktör HLR-centrum Sahlgrenska  
Gunilla Solton, HLR-samordnare Pediatrikt KTC, Drottning Silvias barnsjukhus  
Kjell Klint, Instruktör HLR-enheten Östra  
Linnea Gustafsson, VÖL Akutmottagningen Sahlgrenska

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Sahlgrenska Universitetssjukhuset

**Innehållsansvar:** Peter Lundgren, (petlu7), Överläkare

**Godkänd av:** Magnus Brink, (magbr), Chefläkare

**Dokument-ID:** SU9992-381335686-15

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2024-12-09

**Giltig till:** 2026-12-09