

Gäller för: Alingsås Lasarett

Innehållsansvar: Maria Bodell Pettersson, (marbo111), Enhetschef

Godkänd av: Per Wiger, (perwi3), Chefläkare

Giltig från: 2024-12-19

Giltig till: 2026-12-19

Explosivt implantat, uttag på avliden patient, Alingsås lasarett

Ansvarig läkare som konstaterar dödsfallet har ansvar att ta reda på om den avlidne har ett explosivt implantat samt att informera anhöriga.

Vid dödsfall ska alla implantat som kan explodera vid eventuell kremering avlägsnas. Detta gäller framför allt pacemaker och ICD-dosa.

Om patienten har ett explosivt implantat ska ansvarig läkare skriva en remiss för avlägsnande av explosivt implantat. Remissen medföljer den avlidne till bårhuset.

Bårhusets personal avlägsnar pacemakern och hanterar den som elektroniskt avfall.

Vid avaktivering av ICD-dosa kontakta; 0322 - 227049 eller 0322 - 226497.

Om remiss för avlägsnande av explosivt implantat ej är klar när transporten till bårhuset sker ska man så fort som möjligt (inom 3 dygn) ringa Göteborgs Begravningstjänst AB.
Tel 031 - 279618 (öppen dygnet runt).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Alingsås Lasarett

Innehållsansvar: Maria Bodell Pettersson, (marbo111),
Enhetschef

Godkänd av: Per Wiger, (perwi3), Chefläkare

Dokument-ID: SV9024-2108058916-167

Version: 4.0

Giltig från: 2024-12-19

Giltig till: 2026-12-19