Rutin

Gäller för: Kungälvs Sjukhus
Innehållsansvar: Ann-Kristin Erson, (anner67), Ivasjuksköterska
Godkänd av: Philipp Meijering, (phime1), Chefläkare

Giltig från: 2026-10-06
Giltig till: 2028-09-22

Akutvagn

Vid ett akut omhändertagande av en patient är det av stor vikt att personalen är bekant med akututrustningen. För att underlätta kommer alla vårdavdelningar och mottagningar ha akututrustning som är likadan, undantaget Akutmottagningen, IVA och Operation

Arbetsbeskrivning

Varje enhet ansvarar för sin akutvagn och att innehållet är komplett enligt bifogad lista. Akutvagnen innehåll och utrustning så som sug och syrgas skall kontrolleras varje vecka, samt efter varje gång akutvagnen har används.

Alla läkemedel finns att hämta i vårdnära lager (VNL) när hållbarhetsdatum gått ut eller läkemedel använts.

Innehållsförteckning:

	Innehåll	Antal	Kontroll/ Beställning
På dropp-ställning	Andningsballong	1st	Rätt ihopsatt. Hämta ny på operation.
	Pocketmask med bubbelslang ca (4,5 m) kopplat till syrgasen	1st	
	Stetoskop Övertrycksmanschett	1st 1st	
	Skylt *”Gasflaska förs i säkerhet vid brandfara”*	1st	

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

På höger sida på vagnen	Sug och syrgas		Rätt ihopsatt med en full syrgasflaska och sugstyrkan skall vara inställd på -30kPa
	Vita sugkatetrar Gröna sugkatetrar Orange sugkatetrar	3st 12ch 3st 14ch 3st 16ch	
På vänster sida på vagnen	Gul stickande/skärande burk mini	1st	
	Handskhållare med tre storlekar på handskar	1 paket S 1 paket M 1 paket L	
	Sax	1st	
	Peang	1st	
Under vagnen	Pall Kona	1st 1st	 Att ställa ut i korridoren
Ovanpå vagnen	”Arbetsblad för hjärtstopp vuxen” på ett skrivunderlägg	2st	Finns att skriva ut på hemsidan under vård-HLR-Arbetsblad vid hjärtstopp-vuxen (skall vara i färg)
	Stoppur	1st	
	Halvautomatisk defibrillator	1st	
	I defibrillatorns väska ska det finnas Reservbatteri Tvättlappar Rakhyvel Defibrillerings elektroder	 1st 4st 2st 2st	 Låna på IVA tills ni beställt nya
Första lådan	Läkemedel se separat lista		
	Infusionsaggregat långa	3st	
	Sprutor 5 ml	5st	
	Sprutor 10 ml	5st	
	Sprutor 20ml	5st	
	Etiketter blanka	10st	
	Etiketter NaCl	10st	
	Rosa uppdragningskanyler	10st	
Andra lådan	Blodtrycksmanschett	1st	
	Ficklampa	1st	Kontrollera att den lyser
	Oxymask	1st	
	Syrgasgrimma	1st	
	Pocketmask	1st	
	Nästuber nr 26	1st	

	Nr 28 Nr 32	1st 1st	
	Svalgtuber 9cm 10cm 11cm	1st 1st 1st	
	Stasband	1st	
	Tejp (Healthcare 3 m)	1st	
	PVK (BD venflon) Blå 0,9 Rosa 1,1 Grön 1,3 Vit 1,5	2st 2st 2st 2st	
	PVK förband	4st	
	Backventiler	4st	
	Injektionsportar	4st	
	Trevägskran med 7 cm slang	2st	
	Torktussar		
	Proppar	4st	
	V-sond nr 16 nr 18	1st 1st	
	Sondspruta	1st	
	Uribag	1st	
	Xylocaingel	1st	
	Klorhexidin sprit	1st	

Läkemedel

Alla läkemedel ges på ordination av en läkare

Inj. Adrenalin® 0,1 mg/ml	4x10 ml	Vasokonstriktion av perifiera kärl	Späd inte
Inj. Atropin® 0,5 mg/ml	2x1 ml	Antikolinergika, ökar hjärtfrekvensen	Späd inte
Inj.Cordarone/Amiodarone® 50 mg/ml	3x3 ml	Antiarytmika	Späd inte (förutom till barn)
Inj. Efedrin® 5 mg/ml	1x10 ml	Vid lågt blodtryck och låg puls	Späd inte
Inj. Fenylefrin® 0,1mg/ml	2x5 ml	Vid lågt blodtryck	Späd inte
Inj.Glukos® 300mg/ml	3x10ml	Hypoglykemi	
Inj. Lanexat® /Flumazenil® 0.1mg/ml	2x5 ml	Benzodiazepin antagonist	Späd inte
Inj. Naloxon ®/Narcanti® 0,4mg/ml	2x1 ml	Opioidantagonist	Späd inte
Inj. NaCl® 0,9 mg/ml	6x10 ml		
Inj. NaCl®0,9mg/ml	6x20ml		
Inf. Ringer-Acetat®	1x1000 ml		
Inf. Tribonat®	1x100 ml	Surhetsreglerande	

Ansvar

Respektive enhetschef ansvarar för att implementera rutinen och att se till att den efterlevs inom sin enhet.

Relaterad information

Hjärtstoppsregistrering hämtad 2026-09-16

Hjärt-lungräddning - Sjukhusen i väster (vgregion.se) hämtad 2026-09-16

Svenska rådet för hjärt-lungräddning www.hlr.nu hämtad 2026-09-16

Arbetsblad för hjärtstopp vuxen hämtad 2026-09-16

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kungälvs Sjukhus

Innehållsansvar: Ann-Kristin Erson, (anner67), Ivasjuksköterska

Godkänd av: Philipp Meijering, (phime1), Chefläkare

Dokument-ID: SV9024-2108058916-68

Version: 8.0

Giltig från: 2026-10-06

Giltig till: 2028-09-22