



B11:1 Buk umk (bråck lågdos + normaldos)

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Metodbeskrivning	
Us kod/Us namn	840900 DT buk utan och med iv kontrast
Indikation	Bråck i kombination med annan frågeställning.
Serieöversikt	<ol style="list-style-type: none">Hela buken uk (krystning, lågdos)Hela buken mk (vila, normaldos)
Förberedelser	Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar.
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.
Patientcentrering	XY
Scouter	Frontal och lateral.
Kontrastmedel	Omnipaque (350 mg I/ml) intravenöst. Anpassa dosen enligt vikt i OmniJect.

Kontrastmedelsprotokoll	Buk (venfas) Välj protokoll utefter vald kV.
Injektionstid	35 sekunder
Kontrastmedelsfördröjning	150 HU + 55 sekunder
Läkemedel	-
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient.

Scanområde/kriterier		
Serie 1	Serie 2	
Hela buken uk (krystning, lågdos)	Hela buken mk (vila, normaldos)	
		
<i>Fr.o.m. strax ovan diafragma t.o.m. trochanter minor.</i>	<i>Fr.o.m. strax ovan diafragma t.o.m. trochanter minor.</i> Smart-prep i diafragmanivå. ROI i aorta.	

Relaterade dokument

[Kontrastmedelsdoser utefter kV vid datortomografiundersökningar – Alingsås](#)

[Kontrastmedelsdoser utefter kV vid datortomografiundersökningar – Angered, Högsbo och Kungälv](#)

[Flödesschema för riskbedömning av kontrastmedelsinducerad akut njurskada vid datortomografiundersökningar](#)

[Kreatinin inför en datortomografiundersökning med intravenöst kontrastmedel](#)

[Prioriteringskoder för datortomografi – Radiologi, Sjukhusen i väster](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-106

Version: 3.0

Giltig från: 2026-04-01

Giltig till: 2028-04-01