

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2026-05-11

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2028-05-11

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

## U3 Urografi mk (1-fas)


### Förändringar sedan föregående version

Ersätter priokod N11. Utsöndringsfas ändrad till 10 minuter.

Injektionstiden är justerad till 30 sekunder.

| <b>Metodbeskrivning</b> |   |
|-------------------------|---|
| Us kod/Us namn          | <b>852800</b> DT urografi med iv kontrast   |
| Indikation              | Kartläggning urinvägar, anatomi, konkrement eller flebolit?   |
| Serieöversikt           | 1. Utsöndringsfas mk (10 minuter, lågdos)<br><b>Om urinvägarna inte är tillräckligt fyllda:</b><br>upprepa bildtagning efter ytterligare 10-20 minuter.   |
| Förberedelser           | <b>Före bildtagning</b><br>Kontrastmedel injiceras 10 minuter före bildtagning.<br><br>Efter kontrastmedelsinjektionen skall patienten vara uppe, samt dricka ett par muggar vatten.<br><br>Patienten skall inte tömma blåsan innan undersökningen. |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Förberedelser, forts.     | <b>I samband med bildtagning</b><br>Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar.                               |
| Patientpositionering      | Bukläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.   |
| Patientcentrering         | XY  |
| Scouter                   | Frontal och lateral.  |
| Kontrastmedel             | <a href="#">Omnipaque</a> (350 mg I/ml) intravenöst.<br>Anpassa dosen enligt vikt i OmniJect.                           |
| Kontrastmedelsprotokoll   | Urografi (1-fas)  |
| Injektionstid             | 30 sekunder   |
| Kontrastmedelsfördröjning | 10 minuter (600 sekunder)   |
| Läkemedel                 | -   |
| Dokumentation             | I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.          |
| Strålskydd                | Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet.<br>För mer information: <a href="#">Strålskydd patient</a> . |

| <b>Scanområde/kriterier</b>   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Serie 1</b>  |  |  |
| Utsöndringsfas mk (10 minuter, lågdos)  |  |  |
|  |  |  |
| <i>Fr.o.m. övre njurpol t.o.m. symfys.</i>  |  |  |

| <b>Relaterade dokument</b>  |
|---|
| <a href="#">Kontrastmedelsdoser utefter kV vid datortomografiundersökningar – Alingsås</a>                                |
| <a href="#">Kontrastmedelsdoser utefter kV vid datortomografiundersökningar – Angered, Högsbo och Kungälv</a>             |
| <a href="#">Flödesschema för riskbedömning av kontrastmedelsinducerad akut njurskada vid datortomografiundersökningar</a> |
| <a href="#">Kreatinin inför en datortomografiundersökning med intravenöst kontrastmedel</a>                               |
| <a href="#">Prioriteringskoder för datortomografi – Radiologi, Sjukhusen i väster</a>                                     |

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Diagnostik och service

**Innehållsansvar:** Linn Hansson, (linha62),  
Verksamhetsutvecklare

**Granskad av:** Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

**Godkänd av:** Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9045-1198013067-120

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-05-11

**Giltig till:** 2028-05-11