

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2026-05-11

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2028-05-11

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef


U2:GSI Urinvägsöversikt uk (dubbelenergi)

Förändringar sedan föregående version

Ersätter prioriteringskod N1:GSI.

Metodbeskrivning	
Us kod/Us namn	852772 DT njurar och urinvägar, urinvägsöversikt, dubbelenergi
Indikation	Karakterisering av känt urinvägskonkrement.
Serieöversikt	1. Urinvägsöversikt uk GSI
Förberedelser	Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar. Patienten skall ha fylld urinblåsa vid undersökningen. Fråga om eventuell stenavgång.
Patientpositionering	Bukläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.
Patientcentrering	XY

Scouter	Frontal och lateral.
Kontrastmedel	-
Kontrastmedelsprotokoll	-
Injektionstid	-
Kontrastmedelsfördröjning	-
Läkemedel	-
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier		
Serie 1		
Urinvägsöversikt uk GSI		
	<p>OBS! Glöm inte att välja en GSI-profil där adekvat brusnivå (NI) uppnås.</p> <p>I de fall patienten är mycket kraftig och inte ryms inom maximalt DFOV bör GSI ej användas p.g.a. artefakter.</p>	
<i>Fr.o.m. övre njurpol t.o.m. symfys.</i>		

Relaterade dokument
Hantering av undersökningar med GSI (dubbelenergi)
Prioriteringskoder för datortomografi – Radiologi, Sjukhusen i väster

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-128

Version: 1.0

Giltig från: 2026-05-11

Giltig till: 2028-05-11