

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-11-11

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2027-11-11

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

N2 Njurar umk (2-fas) split bolus – Alingsås lasarett

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Metodbeskrivning

Us kod/Us namn	852900 DT urografi utan och med iv kontrast
Indikation	Utredning av uretärskada, kontrollundersökning efter cystektomi och Bricker-deviation.
Serieöversikt	<ol style="list-style-type: none">1. Urinvägsöversikt uk2. Utsöndringsfas mk (10 minuter) + portovenös fas <p>OBS! Mellan serie 1 och 2 ges en bolusdos med kontrastmedel. Efter 10 minuter ges den andra dosen kontrastmedel i samband med att avsökningen startas.</p>
Förberedelser	I hemmet <ul style="list-style-type: none">• Patient dricker 1000 ml vatten före undersökningen och bör helst inte tömma blåsan förrän undersökningen är klar

Undersökningsrum

- Sätt PVK i armveck
- Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar.

Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.
Patientcentrering	XY
Scouter	Frontal och lateral
Kontrastmedel	Omnipaque (350 mg I/ml) intravenöst
Kontrastmedelsprotokoll	Alingsås: Urografi (split bolus)
Injektionstid	20 sekunder (del 1) 40 sekunder (del 2)
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier

Serie 1:

Urinvägsöversikt uk



*Fr.o.m. övre njurpol t.o.m.
symfys.*

Serie 2:

Utsöndringsfas mk (10
minuter) + portovenös fas



*Fr.o.m. diafragma t.o.m.
trochanter minor. Hela levern
skall vara med.*

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-30

Version: 2.0

Giltig från: 2025-11-11

Giltig till: 2027-11-11