

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-11-11

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2027-11-11

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

# N1:GSI Urinvägsöversikt uk (lågdos, dubbelenergi)

## Förändringar sedan föregående version

Patient skall ha fylld urinblåsa vid undersökningen. Fråga om eventuell stenavgång och dokumentera detta i aktuell remiss.

## Metodbeskrivning

<b>Us kod/Us namn</b>	852772 DT njurar och urinvägar, urinvägsöversikt, dubbelenergi
<b>Indikation</b>	Karaktärisering av urinvägskonkrement
<b>Serieöversikt</b>	1. Urinvägsöversikt uk (lågdos, GSI)
<b>Förberedelser</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Patienten skall ha fylld urinblåsa vid undersökningen.</li><li>• Fråga om eventuell stenavgång.</li><li>• Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar.</li></ul>
<b>Patientpositionering</b>	Bukläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.
<b>Patientcentrering</b>	XY

**Scouter**

Frontal och lateral

**Dokumentation**

I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.

Dokumentera eventuell stenavgång i aktuell remiss.

**Strålskydd**

Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet.

För mer information: Strålskydd patient.

**Dubbelenergi/GSI**

[Hantering av undersökningar](#)

## Scanområde/kriterier

**Serie 1:**

Urinvägsöversikt uk  
(lågdos, GSI)



*Fr.o.m. övre njurpol t.o.m.  
symfys.*

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Diagnostik och service

**Innehållsansvar:** Linn Hansson, (linha62),  
Verksamhetsutvecklare

**Granskad av:** Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

**Godkänd av:** Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9045-1198013067-33

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-11-11

**Giltig till:** 2027-11-11