

Gäller för: Radiologimottagning Alingsås

Innehållsansvar: Martina Dahlström, (marda66), Enhetschef

Granskad av: Martina Dahlström, (marda66), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-09-21

Giltig till: 2028-09-21

Åtgärdskort: Hjärtstopp, Radiologimottagningen Alingsås lasarett

Vid misstanke om hjärtstopp

Om en medvetslös person med agonal andning upptäcks på Radiologimottagningen skall personalen omedelbart påkalla uppmärksamhet och handla enligt följande:

- Notera tiden och omedelbart påbörja HLR.
- Larma hjärtlarm på tel. 6111. Kom ihåg att uppge avdelning och plats.
- Avdela personal som omedelbart hämtar akutvagn och hjärtstartare (defibrillator).
- Skapa plats för arbete runt patienten.
- Om möjligt möta upp hjärtteamet och visa vägen till patienten.

DT-labb

Undersökningsbordet på respektive labb kan lösgöras för att snabbt dras ut ur gantryt.

Interventionslabb

Om patienten befinner sig på interventionslabb skall ett särskilt stöd placeras under bordet för att hålla det still under pågående hjärtkompressioner. Stödet finns på väggen vid lungstativet.

Magnetkamera

Patienten skall så fort som möjligt köras ut ur undersökningsrummet. Dörren till undersökningsrummet skall stängas. Akutvagnen eller hjärtstartare (defibrillator) får **aldrig** tas med in i undersökningsrummet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologimottagning Alingsås

Innehållsansvar: Martina Dahlström, (marda66), Enhetschef

Granskad av: Martina Dahlström, (marda66), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1469236134-236

Version: 1.0

Giltig från: 2026-09-21

Giltig till: 2028-09-21