

Gäller för: Radiologimottagning Alingsås, Diagnostik och service, Alingsås
Lasarett, Sjukhusen i väster
Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare
Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-18

Giltig till: 2027-09-18

Strokelarm – Radiologimottagning, Alingsås lasarett

Syfte

Att tydliggöra och strukturera handhavandet av strokelarm på Radiologimottagning, Alingsås lasarett.

Förändringar sedan föregående version

Förtydligande om att ansvarig läkare ringer radiolog på 6649 i de fall radiolog arbetar på distans.

Bakgrund

Alingsås lasarett har gemensamma möten med representanter för akutmottagning, intensivvårdsavdelning, strokeavdelning och ambulansen om hur strokelarm på bästa sätt skall handläggas.

Förlopp

- Personal från akutmottagningen meddelar att ett strokelarm är på väg på tel. 6335.
- Röntgensjuksköterskan meddelar ansvarig radiolog på tel. 6649.
- Aktuellt undersökningsrum skall tömmas så fort som möjligt.
- **Läkare och sjuksköterska från akutmottagningen anländer vid behov till DT-lab före patienten och skriver remissen på plats, samtidigt som en rapport överlämnas till radiolog på tel. 6649.**
- Röntgensjuksköterskan kontrollerar att injektorn är klar att användas.
- Undersökningsbordet förbereds med ett huvudstöd.

- Läs in remissen och placera den på aktuellt lab och välj strokelarmsprotokollet på modalitet.
- **Om radiolog arbetar på distans: När patienten ligger på undersökningsbordet och remittenten kommit ut i manöverrummet ringer till granskande radiolog på tel. 6649 och håller linjen öppen.**
- När hjärna utan kontrast är klar skall radiolog bedöma om det föreligger blödning eller annan kontraindikation mot trombolys.
- **Röntgensjuksköterskan fortsätter med hjärna-halskärlsangiografi och perfusion, såvida inte läkare uttryckligen inte avbryter undersökningen.**
- **Eventuell trombolys ges när injektionsvätskan är färdigblandad. Läkare meddelar röntgensjuksköterskan att trombolysen är klar att administreras.** Trombolysen startas, därefter kan undersökningen fortsätta.
- **När undersökningen är klar skall patienten tas ned från undersökningsbordet och lämna undersökningsrummet skyndsamt för att frigöra maskinen och röntgensjuksköterskan.**
- Tunna snitt skickas automatiskt till eStroke och AW-server.
- Radiolog gör rekonstruktioner av perfusion i AW-servern och skickar till Sahlgrenska och PACS. Se separat lathund.
- Undersökningen stoppas när bilderna är över i PACS.
- När röntgenutlåtandet är klart skall även detta arkiveras av radiolog.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologimottagning Alingsås, Diagnostik och service, Alingsås Lasarett, Sjukhusen i väster

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1469236134-58

Version: 5.0

Giltig från: 2025-09-18

Giltig till: 2027-09-18