

Gäller för: Radiologimottagning Alingsås

Giltig från: 2024-05-31

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-05-31

Granskad av: Linn Hansson, (linha62), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Akututrustning Radiologimottagning Alingsås

Syfte

Att tydliggöra vilken utrustning som finns att använda när en akut situation uppstår på radiologimottagningen.

Förändringar sedan föregående version

Xylocain har tagits bort ur innehållet.

Utrustning

- Akutvagnen förvaras i manöverrummet mellan lab 3 och 4, och innehåller:
 - Hjärtbräda
 - Pocketmask
 - Plasmalyte inkl. droppaggregat
 - Mobil sug-syrgas med tillbehör (slangar och sugkatetrar)
 - Saturationsmätare (POX)
 - Blodtrycksmanschett (manuell och automatisk)
 - Rubensblåsa (barn och vuxen)
 - Stetoskop
 - Ficklampa
 - Handskar
 - Förkläden
 - Svalgtuber och näskantareller
 - Spatel
 - Perifer venkateter (olika storlekar)
 - Natriumklorid (förfyllda sprutor)

- Tejp och förbandsmateriel
- Klorhexidinservetter
- Stasband
- Stickburk för stickande och skärande föremål
- Extra batterier
- När akutvagnen är använd skall förbrukat materiel snarast fyllas på av personal på Radiologimottagningen, vilka även ansvarar för kontinuerlig genomgång av vagnen. [Se separat checklista.](#)
- Läkemedel vid allergisk reaktion förvaras i den röda lådan i läkemedelsskåpet mellan lab 3 och 4.
- EpiPen 300 µg och EpiPen Jr 150 µg finns i akutvagnen.
- Lab 2 förvarar EpiPen 300 µg i läkemedelsskåpet.
- Lab 3 och 4 förvarar EpiPen 300 µg i översta lådan i respektive stickvagn.
- Narkosvagnen förvaras i manöverrummet mellan lab 3 och 4 och används av narkos- eller intensivvårdspersonal. När narkosvagnen är använd skall förbrukat materiel snarast fyllas på av narkos- eller intensivvårdspersonal. Narkos ansvarar för kontinuerlig genomgång av vagnen.
- Observera att det på radiologimottagningen finns defibrillator i väntrummet. Om ett hjärtstopp uppstår skall hjärtlarm larmas på tel. 6111.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologimottagning Alingsås

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Linn Hansson, (linha62), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1469236134-71

Version: 4.0

Giltig från: 2024-05-31

Giltig till: 2026-05-31