

Gäller för: Radiologi Kungälv

Innehållsansvar: Linda Torneus, (linan86), Överläkare

Granskad av: Hebtalla Bashir, (hebb1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-09-15

Giltig till: 2028-09-15

Antegrad pyelografi – Radiologi Kungälv

Förändringar sedan föregående version

Ingen

Metodbeskrivning

Us kod/Us namn

512000 Antegrad pyelografi

Indikation

Kontroll av befintlig pyelostomikateter. Kontroll av avflöde.

Arbetsbeskrivning

Remiss till röntgen, vid akut kontroll är det obligatoriskt att inkludera telefonkontakt med dagbakjour eller jourhavande radiolog.

Förberedelser

Patienten kommer vanligtvis på bokad poliklinisk tid.

Inga särskilda patientförberedelser krävs.

Strålskydd

Kvinnor mellan 15–50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet.

Gonadskydd ska användas på män <50 år, om det inte stör

undersökningen.

För mer information: [Strålskydd patient](#).

Kontrastmedel

Omnipaque 240 mg I/ml

Metod

1. Patienten ska vara placerad i ryggläge. Fotplatta och handtagen ska vara placerade på bordet, ifall bordet behöver tippas. Strålriktning PA.
2. Evt KAD (urinblåskateter) stängs av innan bildtagning.
3. Röntgensjuksköterska drar upp kontrast i kontrastsprutan.
4. Koppla loss pyelostomikatetern vid Swanlock, sprita av och koppla mellanstycket som är genomspolat med kontrast, till katetern. Inga luftbubblor får finnas i systemet!
5. Förbilder med sidomarkering tas av radiolog. Både övre urinvägarna och urinblåsan ska vara med på bild.
6. Kontrast injiceras av radiolog via pyelostomikatetern.
7. Radiolog tar bilder över kontrastfyllt njurbäcken, urinledare och urinblåsan. Evt behöver bordet tippas, vid långsam passage. Även vridningar kan behövas.
8. Undersökningen avslutas och pyelostomikatetern kopplas till påsen.

Bildtagning

Se under Metod.

Dokumentation

- Fyll i farmaka i undersökningskortet.
- Fyll i ansvarig läkare, SSK/USK.
- Start-stopptid.

Eftervård

Inga restriktioner.

Plocklista

Material

- 1 st gul kontrastspruta
- 1 st 20 ml spruta – om läkare vill aspirera
- 1 st grön uppdragningskanyl
- 1 st 10 cm förlängningsslang med trevägskran
- 1 frp rundtork
- 1 st urinpåse
- 1 st kopplingsslang

Medicinförrådet

- Omnipaque 240 mg I/ml
- Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologi Kungälv

Innehållsansvar: Linda Torneus, (linan86), Överläkare

Granskad av: Hebtalla Bashir, (hebbat1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1648803420-17

Version: 2.0

Giltig från: 2026-09-15

Giltig till: 2028-09-15