OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-26
Giltig till: 2028-11-26

25A Helrygg degen

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M25000** **MR Helrygg**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	
Förberedelser	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka
Patientposition	Pat ligger på rygg med huvudet först. Kudde under knän om så önskas.
Centrering	Hakspets
Spole	Head/neck spole
Kontrastmedel	
Läkemedel	
Efterbearbetning	

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

Sekvenser/kriterier

Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)
Survey			
T2 Dixon övre	SAG	4mm	Vinkla efter lutning på ryggen på sag och cor-bilden.
T1 tse övre	SAG	4mm	Som ovan
3D spine VIEW	SAG	1.2	Halsrygg
T2 Dixon nedre	SAG	4mm	Vinkla efter lutning på ryggen på cor-bilden.
T1 tse nedre		4mm	Som ovan
3D spine VIEW	SAG	1.4mm	Ländrygg

Sagitell







Hängningsprotokoll

1 ny undersökning

T2dixon sag övre	T1 sag övre	3Dspine sag övre

T2dixon sag nedre	T1 sag nedre	3Dspine sag nedre

1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

T2dixon sag övre	T1 sag övre	3Dspine sag övre			

T2dixon sag nedre	T1 sag nedre	3Dspine sag nedre			

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-16

Version: 1.0

Giltig från: 2026-11-26

Giltig till: 2028-11-26