OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-27
Giltig till: 2028-10-27

10MS MS utan kontrast

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M10000 Hjärna utan kontrast** **M20000 Halsrygg utan kontrast** **M22000 Bröstrygg utan kontrast**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Kontroll av stabil sjukdom
Förberedelser	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka
Patientposition	Pat ligger på rygg med huvudet först
Centrering	Orbita
Spole	Head/Neck
Kontrastmedel	
Läkemedel	
Efterbearbetning	MPR 1mm tra och 4mm cor på: 3D Flair

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN


Us kod/Us namn	**M10000 Hjärna utan kontrast** **M20000 Halsrygg utan kontrast** **M22000 Bröstrygg utan kontrast**
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

Sekvenser/kriterier


Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)
Survey			
3D Flair	SAG	1.2mm	Hela hjärnan, vinkla efter falx cerebri
T2 MF	TRA	4mm	Vinkla efter corpus callosums främre och bakre horn
Halsrygg			
Stir T2	SAG		Vinkla efter lutning på ryggen på cor-bilden. Ovan dens-Th2
T2	TRA		Över patologi, el C2-Th1
Bröstrygg			

Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)
Stir T2	SAG		C7-L1
T2 FFE	TRA		Om/över plack
OBS! Alla sekvenser vinklas rakt i alla tre plan.			

Tranversell




Coronal




Halsrygg Sag





Bröstrygg Sag



MPR

1. Markera sekvensen du skall göra MPR på (3D sag)
2. Högerklicka, Slab
3. Present: -rullgardin, välj Mpr tra och cor

Hängningsprotokoll

Hjärnbilderna hängs i hjärnkortet

Halsryggsbilderna hängs i halsryggskortet

Bröstryggsbilderna hängs i bröstryggskortet (Vid lång MS)

Hjärnbilderna

1 ny undersökning

Flair sag	Flair cor		
Flair tra	T2 tra		

1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

Flair sag	Flair cor		
Flair tra	T2 tra		

Halsryggsbilderna hängs i halsryggskortet

1 Ny undersökning

Stir sag	T2 tra		

1 Ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

Stir sag	T2 tra		

Bröstryggsbilderna hängs i bröstryggskortet (Vid lång MS)

1 Ny undersökning

Stir sag	T2 tra		

1 Ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

Stir sag	T2 tra		

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-20

Version: 1.0

Giltig från: 2026-10-27

Giltig till: 2028-10-27