OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-22
Giltig till: 2028-10-22

10V Vaskulit

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M10935** **MR Hjärna utan och med iv kontrast, angio utan kontrast**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Vid stark misstanke om/kontroll av vaskulit
Förberedelser	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka Venflon Krea: se länk
Patientposition	Pat ligger på rygg med huvudet först
Centrering	Orbita
Spole	Head
Kontrastmedel	Gadovist 0,1 ml x kroppsvikt el Clariscan 0,2 ml x kroppsvikt

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN




Us kod/Us namn	**M10935** **MR Hjärna utan och med iv kontrast, angio utan kontrast**
Läkemedel	
Efterbearbetning	MPR 4mm tra och cor på: 3D Flair T1 3D Mip på Tof: cor/sag och cor/tra
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

Sekvenser/kriterier

Sekvens	**Snitt-plan**	**Snitt-tjocklek**	**Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)**
Survey			
3D Flair	SAG	1.2mm	Hela hjärnan, vinkla efter falx cerebri
DWI	TRA	4mm	Vinkla efter corpus callosums främre och bakre horn
T1 3D	SAG	1mm	
3D TOF	TRA	1mm	Lill-hjärnan - corpus callosums nedre del

3D Brain BB	TRA	0.9mm	
Kontrast			
SWI	TRA	2mm	
T2 MF	TRA	4mm	
T1 3D	SAG	1mm	
3D Brain BB	TRA	0.9mm	
OBS! Alla sekvenser vinklas rakt i alla tre plan.			

Tranversell **Coronal** **TOF**

MPR

1. Markera sekvensen du skall göra MPR på (3D sag)
2. Högerklicka, Slab
3. Present: -rullgardin, välj Mpr tra och cor

Hängningsprotokoll

1 ny undersökning

Flair sag	Flair tra	Flair cor	TOF tra	TOF mip	TOF mip
Diff 1000	Diff adc	T2 tra	T1 sag	T1 tra	T1 cor
Swi mip	Swip M	Swip P	T1G sag	T1G tra	T1G cor

3BB tra	3BB Mip		
3BB GD	3BB GD		

1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

Flair sag	Flair tra	Flair cor			
Diff 1000	Diff adc	T2 tra			
Swi mip	Swip M	Swip P			

TOF tra	TOF mip	TOF mip
T1 sag	T1 tra	T1 cor
T1g sag	T1G tra	T1G cor

3BB tra	3BB MIP
3BB GD	3BB GD

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-24

Version: 1.0

Giltig från: 2026-10-22

Giltig till: 2028-10-22