OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-12
Giltig till: 2028-11-12

43 Pancreas utan kontrast

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M43000 MR Bukspottkörtel**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Uppföljning av sidogångs-IPMN
Förberedelser	• Svält 3 tim • Id och frågeformulär • Pat byter om till vit skjorta • Hörselskydd och alarmklocka
Patientposition	Pat ligger på rygg med fötterna först Liten kudde under benen, Vital Eye
Centrering	Över lever
Spole	Anterior
Kontrastmedel	
Läkemedel	


VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Efterbearbetning	MIP på 3D MRCP
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev. implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417


Sekvenser/kriterier

Sekvens	**Snitt-plan**	**Snitt-tjocklek**	**Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)**
Survey		10mm	
T2 SSh	COR	3mm	Levertoppen till nedom pancreas
T2 spir MVXD	TRA	3mm	Levertoppen till nedom pancreas i 3 plan
3D MRCP	COR	2mm	Hela pancreas skall vara med
Extra			
3D MRCP Grase	COR	2.4mm	Vid dålig 3D MRCP


Tranversell



Coronal



MRCP 3D



Hängningsprotokoll

1 ny undersökning

T2 cor	T2 Spir	3D MRCP	MIP

1 ny 1 gammalundersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

T2 cor	T2 spir		
3D MRCP	MIP		

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-30

Version: 5.0

Giltig från: 2026-11-12

Giltig till: 2028-11-12