OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-21
Giltig till: 2028-10-21

75GD Bäckenbenangio

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M75207 MR Bäckenben, angio med kontrast**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Kärlocklusion. Perifer artärsjukdom
Förberedelser	• Id och frågeformulär • Pat byter om till vit skjorta • Hörselskydd och alarmklocka • Venflon • Krea: Se länk
Patientposition	Pat ligger på rygg med fötterna först Sandsäckar placeras utmed underbenen. Tyg mellan benen. Plasthållaren över fötter och u-ben
Centrering	5 cm ovan fotled


VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Spole	2 Anteriorspolar. Tårna och uppåt	
Kontrastmedel	**Clariscan: 30 ml** U-ben: 12 ml Lår: 8 ml Bäcken: 10 ml *Hastighet: 3 ml/sek*	**Gadovist: 15 ml** U-ben: 6 ml Lår: 4 ml Bäcken: 5 ml *Hastighet: 3 ml/sek*
Läkemedel		
Efterbearbetning	Sudda dom bilderna i pacs som inte hängs för granskning	
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.	
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417	

Sekvenser/kriterier

Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)
Survey		3.3mm	Blir automatisk MobiView MIP
MobiFlex U-ben	COR	2mm	Fot/Underben Vinkla efter kärlen
MobiFlex Lår	COR	2mm	Underben/Lår Vinklas efter kärlen, skall gå omlott
MobiFlex Lår/ Bäcken	COR	2mm	Lår/Bäcken Vinklas efter kärlen, skall gå omlott

Fot/U-ben **U-ben/Lår** **Lår/Bäcken**



1 Fot/Underben

- Centrera på sag/cor MobiView
- Gör trycksprutan klar. 12, 8 el 10ml Clariscan. 6, 4 el 5ml Gadovist
- Starta sekvens (då körs scan 1 som är maskbild)
- Starta scan 2, starta trycksprutan ett par sekunder in i scan 2. Scanet körs 14 ggr, MIP automatiskt (skriv INTE in kontrast)
- Vänta till bilderna är rekonstruerade (minska kvarvarande kontrast)

2 Underben/Lår

3 Lår/Bäcken

Samma förfarande som tidigare

Om du vill titta på dina kontrastserier

- Öppna u-ben MIP
- Klicka i bilden
- Använd piltangenterna för att bläddra

Separera MIP-serien enklast i ALL höger skärm

- Markera sub-uben (uben MIP)
- Dubbelklicka i bilden, leta fram den som är bäst (ex4)
- Hö klicka i bilden (uben MIP)
    - Split series
    - Klicka fram till 4 /valve)
    - Generate

Samma på lårben och bäcken

Hängningsprotokoll (glöm ej att slänga bilder i pacs)

1 ny undersökning

Pelvis MIP	MIP	Laar MIP	MIP
U-ben MIP	MIP		

1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

Pelvis MIP	MIP		
Laar MIP	MIP		
U-ben MIP	MIP		

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-53

Version: 2.0

Giltig från: 2026-10-21

Giltig till: 2028-10-21