OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-26
Giltig till: 2028-11-26

25S Seed Helrygg

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M25800** **MR Helrygg med iv kontrast**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	
Förberedelser	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka Venflon Krea se länk
Patientposition	Pat ligger på rygg med huvudet först. Kudde under knän om så önskas.
Centrering	Hakspets
Spole	Head/neck spole
Kontrastmedel	Gadovist 0,1 ml x kroppsvikt el Clariscan 0,2 ml x kroppsvikt

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läkemedel	
Efterbearbetning	
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

Sekvenser/kriterier

Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)
Kontrast			
Survey			
T1 tse övre	SAG	3mm	Vinkla efter lutning på ryggen på sag och cor-bilden.
T2 tse övre	SAG	3mm	Som ovan
T1 tse nedre	SAG	3.5mm	Vinkla efter lutning på ryggen på cor-bilden.
T2 tse nedre	SAG	3.5mm	Som ovan
T1 tse	TRA	5mm	L1 – L5

Sagitell







Hängningsprotokoll

1 ny undersökning

T1 sag övre	T2 sag övre

T1 sag nedre	T2 sag nedre
T1 tra	

1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

T1 sag övre	T2 sag övre	
T1 sag nedre	T2 sag nedre	T1 tra

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-70

Version: 1.0

Giltig från: 2026-11-26

Giltig till: 2028-11-26