OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-27
Giltig till: 2028-10-27

25A Helrygg metastas

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M25000** **MR Helrygg**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	
Förberedelser	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka
Patientposition	Pat ligger på rygg med huvudet först. Kudde under knän om så önskas.
Centrering	Jugulum
Spole	Head/Neck spole
Kontrastmedel	
Läkemedel	
Efterbearbetning	

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417


Sekvenser/kriterier

Sekvens	**Snitt-plan**	**Snitt-tjocklek**	**Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)**
Survey			
T1 tse övre	SAG	4mm	Vinkla efter lutning på ryggen på sag och cor-bilden.
T2 stir övre	SAG	4mm	Som ovan
T1 tse nedre	SAG	4mm	Vinkla efter lutning på ryggen på cor-bilden.
T2 stir nedre	SAG	4mm	Som ovan
T2 tse	TRA	3mm	Om patologi, övre och nedre
T1 tse	COR	5mm	Över bäcken i tre plan


Sagitell








Bäcken coronal





Hängningsprotokoll

1 ny undersökning

T1 Sag övre	Stir Sag övre
T2 Tra	

T1 Sag nedre	Stir Sag nedre
T2 Tra	T1 Cor Bäcken

1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

T1 Sag övre	Stir Sag övre	T2 Tra
T1 Sag nedre	Stir Sag nedre	T2 Tra
T1 Cor Bäcken		

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-86

Version: 1.0

Giltig från: 2026-10-27

Giltig till: 2028-10-27