OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-26
Giltig till: 2028-11-26

71A Fotled standard

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M71000** **MR Fotled**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Broskskada, ligamentskada, peroneusskada och FTA-skada
Förberedelser	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka
Patientposition	Pat ligger på rygg med fötterna först Foten positioneras i fotspolen med kudde under fotsulan, så foten är flexad.
Centrering	Fotleden
Spole	Fot/Ankel spole
Kontrastmedel	
Läkemedel	

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Efterbearbetning	
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

Sekvenser/kriterier

Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)
Survey Sida			Planera i tre plan
PD	TRA	3mm	Vinklas efter talus övre kant på cor-bilden, och efter plantarsenan på sag-bilden.
T2 spair	SAG	3mm	Längs med talus på tra-bilden. Längs med tibia på cor-bilden.
T1 tse	SAG	3mm	Som ovan
PD spair	COR	3mm	Vinkelrät mot malleolerna på tra-bilden. Tom os naviculare.
PD spair	TRA/oblik	3mm	Vinkelrät mot peroneussenan.

Tranversell



Sagitell



Coronal



Oblik



Hängningsprotokoll

1 ny undersökning

T2 Spair sag	T1 sag	PD tra	PD spair oblik
PD Spair cor			

1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

T2 Spair sag	T1 sag	PD spair cor			
PD tra	PD spair oblik				

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-89

Version: 1.0

Giltig från: 2026-11-26

Giltig till: 2028-11-26