OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-26
Giltig till: 2028-11-26

22B Bröstrygg utan och med iv kontrast

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M22900** **MR Bröstrygg utan och med iv kontrast**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Tumör, abscess
Förberedelser	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka Venflon Krea Länk till PM
Patientposition	Pat ligger på rygg med huvudet först. Kudde under knän om så önskas.
Centrering	Lite nedom jugulum, dens skall vara med
Spole	Inbyggd ryggspole

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Kontrastmedel	Gadovist 0,1 ml x kroppsvikt el Clariscan 0,2 ml x kroppsvikt
Läkemedel	
Efterbearbetning	
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

Sekvenser/kriterier

Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)
Survey			
Koträknare	SAG	4mm	Ovan dens – Th12
T2 Dixon	SAG	4mm	Vinkla efter lutning på ryggen på sag och cor-bilden. C7-L1
T1 Dixon	SAG	4mm	Som ovan
Kontrast			
T2 tse	TRA	4mm	Över patologi
T1 Dixon	SAG	4mm	Som ovan
T1 Dixon	TRA	4mm	Som ovan

Sagitell





Hängningsprotokoll

1 ny undersökning

T2 dixon sag	T1 dixon sag	T1GD dixon sag	T1GD dixon tra
Kot-räknare	T2 tra		

1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

Kot-räknare	T2 dixon sag	T2 tra			
T1 dixon sag	T1GD dixon sag	T1GD dixon tra			

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-95

Version: 1.0

Giltig från: 2026-11-26

Giltig till: 2028-11-26