

Larmsökare på IVA

Larmtyper

1. Hjärtstopp
2. Luftväglarm – exempel: luftvägsstopp, ofri eller hotad luftväg
3. Anestesilarm – exempel: cirkulatorisk shock, svår sepsis, medvetandesänkning, allvarlig intoxication
4. Trauma, nivå 1

Samtliga larm går till DECT (Ascom Messenger) för läkare och sjuksköterska på IVA som kvitterar larmet direkt på telefonen. Vid hjärtstopp på annan plats än akutmottagningen larmas även motsvarande DECT för undersköterska på IVA.

Ansvar som sjuksköterska

- Att ta med följande utrustning: vid alla larmtyper - bärbart videolaryngoskop (CMAC). Vid hjärtstopp tas även hjärtcykel och vid behov barnlåda
- Kunna basal hantering av transportventilator Hamilton (Länk till stödjande dokument: [Hamilton T1 transportventilator](#))
- Assistera vid intubation

Ansvar som undersköterska

- Att tillsammans med sjuksköterska ta med utrustning enligt ovan
- Assistera anestesiläkare och sjuksköterska
- Assistera vid intubation

Rutin efter samtliga larm

- Iordningsställ akututrustning efter innehållsförteckningar, till exempel Hamilton, bärbart videolaryngoskop, akutvagn och HLR-utrustning.

Rutin efter hjärtlarm:

- Utför en funktionskontroll på defibrillatorn
- Dokumentera i Melior (hjärtstoppjournal).
 - Inkludera klockslag då vi anländer till patienten
 - Antal defibrilleringar
 - Givna läkemedel
- Sjuksköterskan fyller i formulär till Nationella hjärtstoppregistret och sätter in det i hjärtstoppspärmen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Archie Dahlbäck, (arcda1), Ivasjuksköterska

Godkänd av: Per Werner Möller, (permo7), Enhetschef

Dokument-ID: SV9761-782711715-507

Version: 3.0

Giltig från: 2026-05-05

Giltig till: 2029-05-05