

# Blodgas, akut blodgasprovtagning på operation

Förändringar sedan föregående version  
Förnyat giltighetsdatum.

## Utförande

Vid enstaka operationer kan behov av akut blodgasanalys uppstå. I dessa fall kan man inte avdela personal som bevakar när svaret dyker upp i Melior. Akut blodgasprovtagning på operation ordinerar av ansvarig anestesilog alternativt operatör. Blodgasprovet analyseras vid dessa tillfällen på IVA. I alla övriga fall av blodgasprovtagning på operationsavdelningen analyseras blodprovet på kemlab.

## Gör så här:

- Ta provet, och märk upp sprutan med patient-ID etikett.
- Minst 1 ml behövs för att kunna analysera provet.
- Gå in till IVA och ta kontakt med IVA-personal för analys av provet. (All personal på IVA har utbildning i blodgasapparaten)
- Mängd syrgas patienten har vid provtagningen registreras vid analys av provet under Flöde på blodgasapparaten.
- Spara remsan i patientens journal tills svaren kommit in i Melior.

## Arbetsgrupp

Innehållsansvariga

Camilla Lindberg, sektionsledare, Operation Alingsås

Claes Abrahamsson, sektionsledare, IVA Alingsås

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation Alingsås

**Innehållsansvar:** Camilla Lindberg, (camli2), Sektionsledare

**Godkänd av:** Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

**Dokument-ID:** SV9761-782711715-557

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-11-03

**Giltig till:** 2027-10-21