

Gäller för: Operation Alingsås

Innehållsansvar: Camilla Lindberg, (camli2), Sektionsledare

Godkänd av: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Giltig från: 2025-11-02

Giltig till: 2027-10-20

## PNS inläggning

Vid nyinläggning av PNS-kateter meddelar röntgen operationsavdelningen om vilken tid patienten kommer. Anestesisjuksköterska är med vid behov.

Patienten ska vara fastande.

**Polikliniska patienter** - ska vara inlagda på postop ca 4 timmar efter undersökning.

**Inneliggande patienter** - kan återgå till avdelningen, om de inte är påverkade av ev. sedering.

## Förberedelser

- Anestesisjuksköterskan gör i ordning läkemedel på operationsavdelningen, som sedan tas med ner till röntgen. Ta med lådan med akutläkemedel som finns i beredningsrummet på operation.
- Ta med övervakning X3.
- Ta med en bärbar telefon.
- Meddela anestesi-läkare när du går ner.
- För att slippa gå tillbaka till röntgen efteråt för påfyllning, ta med det som vanligtvis används. Såsom O2 grimma, EKG elektroder, anestesiskurva.
- Röntgen ringer operation när patienten är inne på rummet och de har förberett allt utom sterilklädsel.

## På röntgen

- Röntgens personal tar in anestesisvagn på rummet.
- Anestesisjuksköterskan kontrollerar så att akututrustning finns (andningsblåsa och övrig utrustning för fri luftväg)
- Koppla upp patienten med blodtryck, saturation och EKG. Sätt på O2 grimma.
- Ge sedering vid behov.

- Vid behov av ventilering används mask och andningsblåsa.

## Efter undersökning

- Fyll på anestesivagnen.
- Kör tillbaka anestesivagn till sin plats på röntgen.
- Polikliniska patienter – lägg kurvan i facket i fyrkanten och registrera i Orbit.
- Inneliggande patienter – lämna kurvan till avd och registrera i Orbit.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation Alingsås

**Innehållsansvar:** Camilla Lindberg, (camli2), Sektionsledare

**Godkänd av:** Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

**Dokument-ID:** SV9761-782711715-577

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-11-02

**Giltig till:** 2027-10-20