

Gäller för: Operation Alingsås

Innehållsansvar: Annika Svensson, (annsv176), Sektionsledare

Godkänd av: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Giltig från: 2026-06-07

Giltig till: 2028-06-05

Hantering av borttappade operationsinstrument från operationssal till sterilcentral

Utförande

- Medarbetare på sterilcentralen som märker att instrument saknas har ansvar att söka efter det borttappade instrumentet på sterilcentralen.
- Om inte instrumentet hittas kontaktas ansvarig operationssjuksköterska alt. sektionsledare/någon annan operationssjuksköterska.
- Om ansvarig operationssjuksköterska lämnat arbetsplatsen ringer sterilpersonal/sektionsledare eller operationssjuksköterska upp denna, om nödvändigt, för att spåra instrumentet.
- Om instrumentet inte hittas trots noggrant eftersök kontaktas avdelningschef för operationsavdelning som i sin tur kontaktar ansvarig kirurg för aktuell operation. Vidare handläggning/röntgen bestäms därefter.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Alingsås

Innehållsansvar: Annika Svensson, (annsv176), Sektionsledare

Godkänd av: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-598

Version: 3.0

Giltig från: 2026-06-07

Giltig till: 2028-06-05